

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ada kandungan Nitrit didalam air minum isi ulang di kota Semarang.
2. Validasi metode yang digunakan dalam analisis Nitrit menggunakan Spektrofotomet UV-VIS yaitu linieritas ($r=0,9988$), presisi (0,31%), akurasi (87,1%), LOD (0,1106) dan LOQ (0,3688)

B. Saran

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Pengambilan sampel air minum isi ulang dilakukan pada setiap kecamatan minimal 3, bukan hanya 1 sampel dari setiap kecamatan.
2. Perlu melakukan replikasi sampel sejumlah 3 kali pengulangan